

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Primorsko-goranska županija, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 7 grupa, evidencijski broj nabave: 04/01-18/01, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavila je 10. listopada 2018. godine 3. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi, troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriterijima za odabir ponude, u trajanju od 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim stranicama www.pqz.hr. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. listopada 2018. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge su putem električne pošte javna.nabava@pgz.hr dostavili gospodarski subjekt za: tehničke specifikacije Grupe 3. – Nabava opreme za oftalmološke ordinacije, Grupe 4 – Nabava stomatološke opreme, Grupe 5. - Nabava defibrilatora AVD - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, Grupe 6. – Nabava razne medicinske opreme – ispostave Krk, Rab, Mali Lošinj i Grupe 7. Nabava računalne opreme.

Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata te daje odgovor kako slijedi:

1. Grupa 3. - Nabava opreme za oftalmološke ordinacije – gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene:

Stavka 1.1. Biomikroskop

- Iz „Povećanje na okularima min x12.5 - 16x“ u „Povećanje na okularima“
Odgovor naručitelja:
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „3 izbora povećanja x10, x16, x25“ u „Minimalno 3 izbora povećanja x10, x16, x25“
Odgovor naručitelja:
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „Dijametar stvarnog polja prikaza 23.3mm, 14mm, 8.8mm“ u „Vidno polje min 34mm, 22mm, 14mm 8.5mm, 5.5mm“
Odgovor naručitelja: Izmjenom tehničkih karakteristika proširuje se područje primjene uređaja.
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Prijedlog da se stavka „Opseg namještanja dioptera min. ± 7D– 8 D“ briše
Odgovor naručitelja:
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „Dijametri procjepa 0,2mm – 0,3mm, 1mm, 2mm - 3mm, 5mm, 8mm - 9mm i 12 mm – 14mm“ u „Dijametri otvora 0,2mm, 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 9mm i 12 mm“
Odgovor naručitelja:
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

- Iz „Podešavanje visine držača za bradu do min. 95 mm“ u „Podešavanje visine držača za bradu“
Odgovor naručitelja: Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „Širina procjepa 0-14 mm (kontinuirano podesiv)“ u „Širina procjepa min 0-12 mm kontinuirano podesiv“
Odgovor naručitelja:
 Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Prijedlog da se „Podešavanje osvjetljenja pozadine“ briše
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija osigurava se sudjelovanje većeg broja renomiranih proizvođača predmetne opreme.
 Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „Kretanje baze (grubi pomak)min105 mm –107 mm“ u „Kretanje baze (grubi pomak).“
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija osigurava se sudjelovanje većeg broja renomiranih proizvođača predmetne opreme.
 Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Iz „Kretanje baze (fini pomak)min 25 mm– 30 mm“ u „Kretanje baze (fini pomak)“
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija osigurava se sudjelovanje većeg broja renomiranih proizvođača predmetne opreme.
 Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.
- Prijedlog da se „Držač za glavu“ briše
Odgovor naručitelja:
 Zahtjev za izmjenom **se ne prihvaca**.
- Iz „Napajanje 100 – 240v / DC 5V 2A“ u „Napajanje 220V / 50 Hz“
Odgovor naručitelja:
 Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

Stavka 1.2. Kofer s probirnim staklima

- Iz „Kofer od tvrde plastike s odjelicima za leće drškom i mehanizmom za zatvaranje“ u „Kofer od tvrde plastike ili drveni s odjelicima za probne leće, s drškom i mehanizmom za zatvaranje“
Odgovor naručitelja:
 Zahtjev za izmjenom **ne prihvaca se**.
- Iz „komplet od min 232 komada probnih i dijagnostičkih leća“ u „Probne leće izrađene su sukladno standardu EN ISO 9801“
Odgovor naručitelja: Naručitelj ostaje pri svom zahtjevu od min. 232 kom te dopunjuje tehničku specifikaciju sa popisom leća koje se min. moraju nalaziti u koferu.
 Zahtjev za izmjenom **ne prihvaca se**.
- Iz „+- 20 sferax2 (par)“ u „min. 20 pari, svaka probna leća +/- sfr., 0.25 -12 dpt“
Odgovor naručitelja: U tehničkim specifikacijama dopunjeno je koliko je potrebno sfernih leća koje dioptrije i u kojim razmacima dioptrije.
 Zahtjev za izmjenom **se ne prihvaca**.
- Iz“ +/- 6 cilindarax2 (par)“ u „min. 10 pari , svaka +/-, cilindrična, 0.25 – 3 dpt

Odgovor naručitelja: U tehničkim specifikacijama dopunjeno je koliko je potrebno cilindričnih leća koje dioptriјe i u kojim razmacima dioptriјe.

Zahtjev za izmjenom **se ne prihvaca**.

- Na zahtjev gospodarskog subjekta dodati sljedeće stavke:

- „min. 5 prizmatičnih leća
- 2 obojene leće
- 1 okluder
- 1 pinhole disk 1,25
- 1 Madodox crveni cilindar“

Odgovor naručitelja: U tehničke specifikacije je uvršteno:

- „min. 10 prizmatičnih leća
- 2 obojene leće
- 1 okluder
- 2 pinhole diska različitih veličina
- 1 Madodox crveni cilindar“

Zahtjev za izmjenom **se djelomično prihvaca**.

- Gospodarski subjekt predlaže brisanje sljedećih stavki tehničke specifikacije:

- ”
- Pomoćna stakla (prizme, Maddox, stenopeični, zeleni, crveni I okluderi)
 - Uski plastični rub sa obavezno ravnim (ne konkavnim I ne konveksnim) brušenjem stala tako da stanu u nizu po 3 naslagana u utore napred I dva naslagana u utore otraga u probni okvir pred svakim okom
 - Crveno obojen rub-minusi, crno obojen rub-plusevi „

Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

Stavka 1.3. Projektor oštchine vida

- U traženim izmjenama tehničkih specifikacija gospodarski subjekt traži izmjenu:
a) umjesto projektora oštchine vida uvrstiti LCD panel

b) **brisanje** sljedećih stavki tehničke specifikacije:

- ”
- Tablice 33 (Tip M, Tip T, Tip G) / 27 (Tip UK)
 - Udaljenost refrakcije 2.9 – 6.1 m
 - Uređaji za promjenu tablica – daljinski upravljač
 - Magnifikacija 30x (Tip M, Tip T, Tip G) / 25x (Tip UK)
 - Veličina tablice (na 5m) promjer 275 mm - 330 širina x 225 visina za tip M,T i G / promjer 250 mm - 250 širina x 225 visina za tip UK
 - Izvor svjetla 3W (LED)
 - Svetlost tablice 230cd/m²
 - Maske: otvorena, horizontalna i vertikalna linija, jedno slovo
 - Filteri: crveni i zeleni
 - Brzina promjene tablica 0,03 sek / okviru
 - USB
 - Napajanje 100 – 240 V – 50 – 60 Hz
 - Potrošnja energije do 70 Va „

c) uvrštenje slijedeće tehničke specifikacije:

- "
- LCD panel (optotip) min. dijagonale 23" s LED osvjetljenjem
 - Optotip s odabirom tablica za ispitivanje vida pomoću daljinskog upravljača
 - Optotip min: omogućuje testove: binokularne testove vida, testove slabovidnosti, testove boja, testove kontrastne osjetljivosti, stereoskopski test vida, test heterophorie / heterotopie, test binokularnog balansa, test fuzije, supresije, test ansikonije
 - Optotip min. omogućuje tablice s prikazom: slova, brojki, E po Snellenu, Landolt prstena, testova za djecu – standardni, LEA, Allen figure, tablice za stero test, AMSLER mreža, ETDRS tablice, tablice za provjeru boja, provjeru astigmatizma
 - Mogućnost programiranja slijeda testova na ekranu
 - Udaljenost ispitivanja podesiva min. od 1.5. do 7 m
 - Uredaji za promjenu tablica koristi daljinski upravljač
 - Sučelja za povezivanje minimalno: x4 USB, x1 RS232, X1 Ethernet
 - Napajanje 220V / 50 Hz
 - Ostala oprema: optotip, daljinski upravljač s baterijama, standardni pribor za montažu optotipa na zid, potrebni kablovi, upute za upotrebu,,

Odgovor naručitelja: Projektom je predviđena nabava projektora oštine vida koji u potpunosti zadovoljava potrebe ordinacije koja se ovim EU projektom oprema.
Zahtjev za izmjenom **se ne prihvata u svim predloženim stavkama.**

2. Grupa 4. - Nabava opreme za stomatološke ordinacije – gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene:

Stavka 2.1. **Kompresor**

- Iz „rezervoar zraka 20 l“ u „Rezervoar zraka min. 20 l“
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija omogućava se sudjelovanje većeg broja ponuditelja.
Zahtjev za izmjenom **se prihvata.**
- Iz „Usisavanje 160 – 240 l/min“ u „Radni tlak min. 160 l/min“
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija preciznije se definira navedena funkcija kompresora.
Zahtjev za izmjenom **se prihvata.**

Stavka 2.2. **Digitalni ortopan**

- Iz „Pozicioniranje pacijenta mora biti omogućeno na način da je pacijent okrenut prema ogledalu koje se nalazi na stupu rendgena ili otvoreno pozicioniranje“ u „Pozicioniranje pacijenta mora biti omogućeno na način da je pacijent okrenut prema ogledalu koje se nalazi na stupu rendgena te omogućava otvoreno ili facilitirano pozicioniranje“
Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija jasnije se definira tražena tehnička specifikacija.
Zahtjev za izmjenom **se prihvata.**
- Iz „Raspon mA minimalno od 3-16“ u „Raspon mA minimalno od 1-10“

Odgovor naručitelja: Većina uređaja može kontrolirati raspon mA, a smanjivanjem raspona ograničili bismo broj potencijalnih ponuđača, a zadani raspon zadovoljava potrebe naručitelja.

Zahtjev za izmjenom **ne prihvaca se**.

- Iz „Vrijeme ekspozicije panorame maksimalno 16 s“ u „Vrijeme ekspozicije panorame maksimalno 16,5 s“

Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija osigurava se sudjelovanje većeg broja renomiranih proizvođača predmetne opreme.

Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

- Iz „Digitalni panoramski CCD ili DCS senzor“ u „Digitalni panoramski CCD, DCS ili CMOS senzor“

Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija osigurava se nuđenje i naprednijih tehnoloških rješenja bez ograničavanja ostalih ponuditelja.

Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

3. Grupa 5. - Nabava defibrilatora AVD - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj – gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene:

- Iz „Raspon energije od min. 50 do max. 200 J“ u raspon energije od min. 50 do min. 200 J

Odgovor naručitelja: Ovom izmjenom tehničkih specifikacija omogućuje se nuđenje defibrilatora koji imaju raspon energije preko 200 J.

Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

- Iz „Minimalne dijagonale zaslona 7 cm“ u „minimalnu dijagonalu zaslona 12 cm“.

Odgovor naručitelja: S ciljem postizanja sigurnijeg procesa oživljavanja odabran je zaslon veće dijagonale radi bolje preglednosti procesa oživljavanja.
Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

- Iz „Trajnost baterija 5 godina ukoliko uređaj nije upotrijebljen“ u „Uređaj koristi originalnu tvorničku bateriju s radnim vijekom u mirovanju minimalno 6 godina.

- Odgovor naručitelja: Obzirom da predloženom izmjenom onemogućujemo ponudu gospodarskim subjektima, a s ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednakо kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom tehničkih karakteristika navedene stavke grupe 5. dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaca** na način da se mijenja u „Uređaj koristi originalnu tvorničku bateriju s radnim vijekom u mirovanju minimalno 5 godina“.

- Iz „Nove baterije omogućuju 300 uzastopnih šokova ili 13 sati kontinuiranog monitoringa“ u „Nove baterije omogućuju 200 uzastopnih šokova energijom od 200J ili 13 sati kontinuiranog monitoringa“

Odgovor naručitelja: Zahtjev za izmjenom **se prihvaca**.

4. Grupa 6. – Nabava razne medicinske opreme – ispostave Krk, Rab, Mali Lošinj - gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene:

Stavka 6.1. Autoklav

- Iz „Kapaciteta od 12 – 45 l“ u „Kapaciteta od min. 18 lit.“

Odgovor naručitelja: Zahtjev za izmjenom **se ne prihvaca**. Tražena izmjena je već obuhvaćena prethodno zadanim tehničkim specifikacijama.

- Iz „Podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 19 minuta“ u „Podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 60 minuta“
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom tehničkih specifikacija navedene stavke u grupi 6.1. **se ne prihvaca.**

Stavka 6.2. **Stol za pregled bolesnika**

- Iz „Metalno plastificirano postolje ili kromirano“ u „Metalno plastificirano postolje ili kromirano ili inox“
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom tehničkih specifikacija navedene stavke u grupi 6.2. **se prihvaca.**

Stavka 6.4. **Vaga (s visinomjerom)**

- Stavka „Dimenzije vage min. 290 x 410 x 2000 mm (š+d+v)“ se briše.
Odgovor naručitelja: Obzirom da predložena tehnička karakteristike nema nikakav utjecaj na funkcionalnost vase stavke se briše, te se prijedlog naručitelja **prihvaca.**

5. Grupa 7. – Nabava računalne opreme - gospodarski subjekt predlaže slijedeće izmjene:

Stavka 7.1. **Stolno računalo**

- Iz „min. 1 x serijski port, opcionalni paralelni port“ u „min. 1 x serijski port“
Odgovor naručitelja: tehnička specifikacija **se mijenja** jer nije potrebno ponuditi računalo sa paralelnim portom.
- Iz „Mikro kućište“ u „Kućište“
Odgovor naručitelja: Potrebno je ponuditi funkcionalno računalo bez obzira na veličinu kućišta. U tehničkim specifikacijama će biti navedeno samo kućište bez navođenja veličine.
- „Obzirom na objavljeno 2. Izvješće o prethodnom savjetovanju, uvidjeli smo da u Izvješću nije naveden odgovor na pitanje gospodarskog subjekta: ne sadrži monitore te ovim putem postavljamo pitanje da li je planirana isporuka samo računala ili je potrebno isporučiti i monitore čija specifikacija se trenutno ne nalazi u natječajnoj dokumentaciji tj. u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama.“
Odgovor naručitelja:
Iz tehničkih specifikacija i ponudbenog troškovnika namjerno je izostavljena dobava monitora te je predviđena nabava samo računala i printer-a.

Stavka 7.3. **Prijenosno računalo i pisač**

- „Prema nazivu, zaključak je da je potrebno ponuditi kompletno, a u tehničkom dijelu stavke raspisana je konfiguracija prijenosnog računala bez da se spominje pisač. Što je potrebno ponuditi, samo prijenosno računalo ili komplet?“
Odgovor naručitelja: Potrebno je ponuditi prijenosno računalo i pisač.

U tehničkim specifikacijama izmijenjena je stavka „*Procesor: minimalne brzine rada 2.4 GHz, 3MB L3 Cache, 2 jezgre*“ u „*Procesor: minimalne brzine rada 2.0 GHz, 3MB L3 Cache, 2 jezgre*“ te jebrisana stavka „*Dobava torbe za nošenje računala*“. U tehničke karakteristike stavke 7.3. – pisač dodane su tehničke karakteristike pisača.

6. Dokumentacija o nabavi točka 7.4.1 - Jamstvo za ozbiljnost ponude:

- **Upit gospodarskog subjekta:**
„Zbog smanjenja troškova molimo da se kao jamstvo iz ovog članka prihvati i dostava bancocku zadužnici ovjerene kod javnog bilježnika.“
- **Odgovor naručitelja:**
Ne prihvata se zahtjev gospodarskog subjekta.
Obzirom da se planira provesti postupak nabave za Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ koji se sufinancira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, naručitelj je odredio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili uplate novčanog pologa u navedenim iznosima za pojedinu grupu predmeta nabave.

U Rijeci, 31. listopada 2018. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu