

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), javni naručitelj Primorsko-goranska županija, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, 7 grupa, evidencijski broj nabave: 04/01-18/01, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavila je 17. rujna 2018. godine 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi, troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i kriterijima za odabir ponude, u trajanju od 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim stranicama www.pgz.hr. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21. lipnja 2018. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge su putem elektroničke pošte javna.nabava@pgz.hr dostavili gospodarski subjekt za: tehničke specifikacije Grupe 5. - Nabava defibrilatora AVD - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, te tehničke specifikacije Grupe 6. – Nabava razne medicinske opreme – ispostave Krk, Rab, Mali Lošinj

Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata te daje odgovor kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt za Grupe 5. - Nabava defibrilatora AVD - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj – predlaže slijedeće izmjene:

- *iz „Raspon energije od min. 50 – 200 J“ u „Raspon energije od min. 50 do max. 200 J“*

Odgovor naručitelja: Zahtjev za izmjenom **se prihvaća**.

- *iz „Glasovno navođenje oživljavanja i poruke na LCD zaslonu na hrvatskom jeziku“ u „ Glasovno navođenje oživljavanja i poruke na LCD zaslonu na hrvatskom jeziku sa ugrađenim metronomom koji daje ritam za masažu srca, prema smjernicama ERC-a, na način da prva dva tona daje u ritmu kojom korisnik vrši masažu, a zatim prema potrebi mijenja frekvenciju tonova dok ne postigne predviđenu vrijednost. Za vrijeme masaže srca aparat mjeri dubinu i frekvenciju masaže srca preko senzora na elektrodama i daje glasovne upute: “Pritisnite jače” i “Dobra kompresija“*

Odgovor naručitelja: Zahtjev za izmjenom **se ne prihvaća** jer smatramo da traženu tehničku karakteristiku nije nužno detaljnije pojasniti.

2. Gospodarski subjekt za Grupnu 6. – Nabava razne medicinske opreme – ispostave Krk, Rab, Mali Lošinj

- Predlaže izmjene tehničkih karakteristika:

Stavka 6.1. Autoklav

- *iz „Inox tank minimalnog kapaciteta 2,5 lit. za destiliranu i otpadnu vodu s integriranim priključcima za odvod s prednje strane uređaja“ u „Tank minimalnog kapaciteta 2,5 lit.*

za destiliranu i otpadnu vodu s integriranim priključcima za odvod s prednje strane uređaja“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *Brisanje stavke „Mogućnost vremenskog podešavanja automatskog starta sterilizacije (datum i vrijeme)“*

Odgovor naručitelja: Obzirom da stavka nije nužna za funkcionalan rad uređaja traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *Brisanje stavke „Program čišćenje“*

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *iz „Podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 60 minuta“ u „Podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 19 minuta“*

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

Stavka 6.2. Stol za pregled bolesnika

- *iz „metaloplastificirano postolje, nogari inox“ u „metalno plastificirano postolje ili kromirano“*

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *iz „Podešavanje uzglavlja od 0° - 45°“ u „Podešavanje uzglavlja“*

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *iz „Stepenice izrađene od inox-a, s protukliznim gazištem“ u „Stepenice izrađene od kromiranog čeličnog okvira ili inox-a, s protukliznim gazištem“*

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- *Iz „ Minimalne dimenzije stepenice 40 x 25 x 22 cm ±5%“ u „Minimalne dimenzije stepenice 38 x 32 x 22,5 cm ±5%“*

Odgovor naručitelja: Obzirom da predloženom izmjenom onemogućujemo ponudu određenim subjektima, a s ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.** Tehničke karakteristike izmjenjuju se u „Minimalne dimenzije stepenice 38 x 25 x 22 cm“ čime obje predložene dimenzije zadovoljavaju tehničke karakteristike

- *Iz „ Minimalne dimenzije ležaja 190 x 65 x 78 cm ±5%“ u „Minimalne dimenzije ležaja 185 x 70 x 72 cm ±5%“*

Odgovor naručitelja: Obzirom da predloženom izmjenom onemogućujemo ponudu određenim subjektima, a s ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.** Tehničke karakteristike izmjenjuju se u „Minimalne dimenzije ležaja 185 x 65 x 72 cm“ čime obje predložene dimenzije zadovoljavaju tehničke karakteristike

- *Iz „Mogućnost izbora boje kože“ u „Izbor boje kože : bijela, crna ili plava – prema zahtjevu naručitelja“*

Odgovor naručitelja: Obzirom da predloženom izmjenom onemogućujemo ponudu određenim subjektima, a s ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih stolova, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.**

Tehničke karakteristike nadopunjuju se: „Mogućnost izbora boje umjetne kože (iz ponude ponuđača)

Stavka 6.4. Vaga

- *Iz „mehanički visinomjer od 60 do 218 cm“ u „Mehanički visinomjer od 60 do 200 cm“*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih vaga, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**
- *iz „Dimenzije stajne platforme 43 x 43 x 7 cm (+/- 20%).“ u „dimenzije stajne platforme 272 x 75 x 280 cm (+/- 20%)“*
Odgovor naručitelja: Obzirom da se najvjerojatnije radi o grešci u mjernim jedinicama traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.**
Tehničke karakteristike se izmjenjuju u: „Minimalne dimenzije stajne platforme 270 x 270 mm“
- *iz „Dimenzije vage 43 cm (Š) x 49 cm (D) x 227 cm (V) (+/- 20%)u „Dimenzije vage 294 mm (Š) x 417 mm (D) x 831 mm (V) (+/- 20%)“*
Odgovor naručitelja: Obzirom da se najvjerojatnije radi o grešci u navedenoj visini jedinica traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.**
Tehničke karakteristike se izmjenjuju u: „Minimalne dimenzije vage 290 mm (Š) x 410 mm (D) x 2000 mm (V)“
- *iz „Napajanje baterije 4x AA 1.5V ili AC/DC mrežni adapter“ u „Napajanje baterijsko (štedni rad min. 16.000 mjerenja sa setom) ili AC/DC mrežni adapter“*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih vaga, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se djelomično prihvaća.**
Tehničke karakteristike se izmjenjuju u: Napajanje ili AC/DC mrežni adapter

Stavka 6.5. EKG s kolicima i držačem za kablove

- *iz „Minimalno 24 bita A/D konverzija, uzorkovanje 1000 uzorka/sekundi, 8000 uzorka/sekundi na kanalu gdje detektira Pacemaker“ u „Minimalno uzorkovanje 1000 uzorka/sekunda“*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**
- *iz „Mogućnost zapisa u datoteku u sljedećim formatima: JPEG, XML, PDF, ECG Sustav kompatibilan sa DICOM standardom "ili jednakovrijedno" _____.“ u „Formati zapisa u datoteku: PDF „ili jednakovrijedno“ _____“*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**
- *iz „TFT LCD zaslon u boji, minimalne rezolucije 800×600 točkaka, osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 20 cm prikazuje svih 12 valnih oblika/odvoda, frekvenciju srca, spoja odvoda s pacijentom, mod rada, filtere, osjetljivost, brzinu papira, ID pacijenta, ime, spol, dob, alarmne poruke, stanje baterije, indikacija napajanja (AC/bat.), oznaku SD kartice“ u „ TFT LCD zaslon u boji, minimalne rezolucije 800×480 točkaka, osjetljiv*

na dodir, minimalne dijagonale 18 cm prikazuje svih 12 valnih oblika/odvoda, frekvenciju srca, spoja odvoda s pacijentom, mod rada, filtere, osjetljivost, brzinu papira, ID pacijenta, ime, spol, dob, alarmne poruke, stanje baterije, indikacija napajanja (AC/bat.), oznaku SD kartice“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih isto kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „Integrirana, vodonepropusna, puna alfanumerička tipkovnica sa funkcijskim tipkama za brzi pristup“ u „Integrirana, puna alfanumerička tipkovnica sa funkcijskim tipkama za brzi pristup“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „EMG filter minimalno za slijedeće frekvencije: 25/ 35/ 75/ 100/ 150/ 250Hz“ u „Ugrađeni EMG filter“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „Glasovni i vizualni alarm za: odspojeni odvod, nema papira, prazna baterija“ u „alarm za odspojeni odvod, nema papira, prazna baterija“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „Kapacitet lokalne memorije 1500 zapisa / datoteka“ u „kapacitet lokalne memorije min. 100 zapisa“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „Priključak za SD karticu 8 Gb“ u „priključak na eksternu memoriju (USB) ili SD karticu.“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih EKG uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

Stavka 6.6. Spirometar portabl

- iz „Ručni spirometar sa grafičkim LCD zaslonom osjetljivim na dodir minimalno 240x160 točaka“ u „Ručni spirometar sa grafičkim LCD zaslonom osjetljivim na dodir“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- iz „Napajanje : 2 x 1.5V AA alkalna baterija“ u „Napajanje : 2 x 1.5V AA alkalna baterija ili ugrađena punjiva baterija“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

- brisanje „Dimenzije : 135x80x50 mm / težina 250 grama ± 10%“

Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih uređaja, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća.**

Stavka 6.7. Lampa za pregled (LED)

- *brisanje „LED izvor svjetla minimalne snage 11W“*
Odgovor naručitelja: navod nije bitan za tehničke karakteristike lampe jer je definirana jačina lampe u luxima, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća**.
- *iz „Temperatura boje 4.200 K“ u „Temperatura boje 4.200 K do 5.500 K“*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih lampi, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća**.
- *brisanje „Aluminijska glava za osvjetljenje za optimalnu toplinu i toplinsko zračenje“ zbog nejasnoće navoda*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih lampi, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća**.
- *brisanje „Maksimalno radno područje: 165 cm“ zbog nejasnoće navoda*
Odgovor naručitelja: S ciljem omogućavanja nuđenja ostalih jednako kvalitetnih lampi, traženi zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje **se prihvaća**.

U Rijeci, 01. listopada 2018. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu